



CERTIFICAMOS:

Se somete a su ensayo las muestras aportadas de pantalla facial facilitadas por la empresa PIRELO, S.L sita en Camino de Couto, 10 (Alto de Punxeiros) de Mos (Pontevedra).

Se trata de pantallas faciales de 25.4 centímetros por 22.2.

Se ha utilizado para esta certificación diversas normas que le detallamos, así como la norma europea: EN166 de Noviembre 2001, actualmente en vigencia.

Se ha tenido en cuenta los criterios del comité técnico de prevención y medios de prevención personal.

También se ha contemplado aquello que determina la CEM (COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN), aprobada el 2001-0902.

Esta pantalla facial se adapta a distintos riesgos que puedan producir lesiones en los ojos, intromisión bacteriana etc... Con la excepción de la radiación nuclear, rayos X, rayos laser, y radiación infrarroja (IR).

Por la que hace referencia a la prueba de intersección de los planos horizontal y vertical a través de la pupila, cumple la norma EN 168 - 2001.

Incorpora banda de sujeción para la cabeza, no dificulta el campo de visión y cumple cuanto determina la Norma EN 168-2001.



Por su confección no presenta protuberancias, aristas vivas que puedan causar molestias durante su utilización.

También ha pasado las pruebas referentes a los materiales conocidos como causantes de irritaciones en la piel - Exento.

Las bandas de sujeción cumplen todo lo que se determina como elemento de sujeción, sobrepasa los 10 mm de anchura, (15mm) de anchura.

También cumple cuanto específica sobre accidentes químicos.

Calidad material de superficies:

La verificación se ha realizado según método descrito en capítulo 5 de la norma EN 167:2001.

Estabilidad y temperatura:

No provoca deformación y cumple cuanto determina el capítulo 5 de la norma EN 168:2001

Resistencia a la corrosión:

No procede.

Resistencia a la ignición:

Cumple lo que determina el capítulo 7 de la norma EN 168 2001

Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos:

Los resultados deben considerarse satisfactorios.

Eficacia de filtración bacteriana (BFE): ≥ 95



(Apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Respirabilidad:

(Presión diferencial) (Pa/cm²): <52

(Apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

Características comprobadas:

Composición - PVC flexible

Espesor – 715 micrones

Comportamiento al fuego: autoextingible

Garantiza una protección adecuada a la cara del usuario frente a la atmosfera ambiental.

No se ha utilizado en la fabricación látex/ caucho natural

Debe considerarse pantalla facial reutilizable.

Estas pantallas faciales son susceptibles de su esterilización en cabina de ozono.

Las pruebas determinan su no alteración de sus características originales.

Solidez del color: no procede

Cumple la normativa europea de productos sanitarios.

Este género está libre de ingredientes nocivos o tóxicos, no desprende olores desagradables, libre de colofonia.



Se han tenido en cuenta además las pruebas que determina la directiva europea de productos sanitarios CEE-9342.

Según nuestro real saber y entender es nuestro criterio que el género objeto de análisis cumple con lo que especifica el fabricante.

El presente informe está basado en el analisis técnico de la muestra aportada y en el criterio profesional de ITEL.

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorización previa, ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros.

Transcurrido un mes, ITEL podrá utilizar los resultados con fines científicos o estadísticos.

ITEL podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc... cualquier otra valoración que juzgue necesaria aunque esta no hubiese sido expresamente solicitada.

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en la cuestión planteada para aclarar verbalmente o por escrito cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido al solicitante y que será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento.



ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así de una interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante precisará el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda hacerse de este informe.

ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados.

La información que contiene el presente escrito no puede ser reproducida ni publicada, parcialmente sin autorización expresa de la dirección de ITEL.

Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico para cuantas diligencias y acciones crean de su interés.

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos.



Unidad Certificadora

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L.**
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n - Pol. Ind. Riu d'Or
08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona)
TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78
Correo electrónico: itel@itelspain.com
Pág.web: <http://www.itelspain.com>

St. Fruitós de Bages, 28 de abril de 2020

Valentí Casas
Presidente de ITEL

Esta certificación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas establecidas, lo que está monitorizado por ITEL